

**Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений
на приобретение тест систем для Cobas, Architect для оказания гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи в ГККП «Областной центр крови»**

г.Актау

25.01.2018 года

В 12:00 часов 25 января 2018 года произведена процедура вскрытия конвертов с заявками по закупу объявленным 17.01.2018 года способом запроса ценовых предложений приобретение тест систем для Cobas, Architect для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, по адресу:

- Г.Актау, 34А мкр., здание центр крови.

1. Конверты в запечатанном виде с ценовыми предложениями нижеследующих потенциальных поставщиков были представлены своевременно, до истечения окончательного срока указанные на веб-сайте предприятия «ock.mangystau.kz»

№ п/п	Наименование поставщика	Номер лота,наименование товара	Юридический адрес поставщика	Время представления по журналу
1	ТОО «Cina Pharm»	№ 1- Антитела к вирусу гепатита С контроли № 2- Антитела к вирусу гепатита С калибратор № 3- Антитела к вирусу гепатита С реагент (100) № 4- ВИЧ Комбо калибратор № 5-ВИЧ Комбо контроль № 6- ВИЧ Комбо реагент 100 тестов № 7-Заменяемые крышечки Replacement Cups № 8-Поверх. вирусу гепатита В для качественный тест , реагент 100 № 9-Поверх. вирусу гепатита В качественный, калибраторы № 10-Поверхностный а/г вирусу гепатита В контроли № 11 - Предохранительные крышечки Septums № 12-Пробирки для образцов Sample Cups № 13-Промывочный буфер № 14-Раствор Пре-Тригера №15-Раствор Тригера № 16-Реакционные ячейки Reaction Vessels № 17-Сифилис калибратор № 18-Сифилис контроли № 19-Сифилис реагент 100 тестов №20-Пробозаборник ARC probe №21-Датчик уровня буфера для i1000SR №22-Мультиплексный тест Cobas TagScreen MPX,	Г.Алматы, ул.Мынбаева 151, офис 48.	24.01.2018 11:58:00
7	ТОО «Медицина-Элемы»	№ 1- Антитела к вирусу гепатита С контроли № 2- Антитела к вирусу гепатита С калибратор № 3- Антитела к вирусу гепатита С реагент (100)	Г.Астана, ул.С.Мендешова, 19	24.01.2018 15:15:00

		№ 4- ВИЧ Комбо калибратор № 5-ВИЧ Комбо контроль № 6- ВИЧ Комбо реагент 100 тестов № 7-Заменяемые крышечки Replacement Cups № 8-Поверх. вирусу гепатита В для качественный тест , реагент 100 № 9-Поверх. вирусу гепатита В качественный, калибраторы № 10-Поверхностный а/г вирусу гепатита В контроли № 11 - Предохранительные крышечки Septums № 12-Пробирки для образцов Sample Cups № 13-Промывочный буфер № 14-Раствор Пре-Тригера №15-Раствор Тригера № 16-Реакционные ячейки Reaction Vessels № 17-Сифилис калибратор № 18-Сифилис контроли № 19-Сифилис реагент 100 тестов №20-Пробозаборник ARC probe №21-Датчик уровня буфера для i1000SR		
3	ТОО «AUM+»	№ 22 - Мультиплексный тест Cobas TagScreen MPX	Г.Астана, мкр. Чубары, ул.Арай, д.25	24.01.2018 15:16:00

2. Краткое описание и цена закупаемых товаров, их торговое наименование, фармацевтических услуг-прилагается протоколу об итогах.
3. Рассмотрев представленные ценовые предложения Поставщиков,
РЕШИЛ:
 - 3.1. По лотам 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 - признать победителем ТОО «Медицина-Әлемы»
 - 3.2. По пункту 3.1. – наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа - ТОО «Медицина-Әлемы» РК, Г.Астана, ул.С.Мендешова, 19
 - 3.3. По лотам 22 признать победителем ТОО «AUM+»
 - 3.4. По пункту 3.3. – наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа - ТОО «AUM+» РК, Г.Астана, мкр. Чубары, ул.Арай, д.25.

Директор ГККП «Областной центр крови»
 Мангистауского областного
 Управления здравоохранения

Сарсамалиев Р.В.

Уполномоченный представитель
 Организатора закупок,
 Менеджер по гос.Закупкам

Дүйшова П.К.



Приложение к
 протоколу итогов от 25.01.2018 г.

№ лота	Наименование товаров	Описание товара	Ед.изм	Кол-во	Выделенная сумма для закупок за ед.	ТОО «Сіпа pharm»	ТОО «Медицина Элемь»	ТОО «АУМ+»
1	Антитела к вирусу гепатита С контроли	Контроли ARCHITECT Anti-HCV Controls используются для проверки калибровки системы ARCHITECT i System Калибратор ARCHITECT Anti-HCV Calibrator используется для калибровки системы ARCHITECT i System при качественном определении антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) в сыворотке и плазме крови человека. 1 флакон (4 мл) с калибратором ARCHITECT Anti-HCV Calibrator в рекализированной плазме крови человека (инактивированной), реактивной на анти-HCV. Консервант: азид натрия. До использования перемешайте калибратор ARCHITECT Anti-HCV, аккуратно переворачивая флакон.	уп	6	64708	64708	64707	
2	Антитела к вирусу гепатита С калибратор		уп	3	70402	70402	70401	
3	Антитела к вирусу гепатита С реагент (100)	ARCHITECT Anti-HCV представляет собой хемилюминисцентный иммуноанализ на микрочастицах (ХИАМ), предназначенный для качественного определения антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) в сыворотке и плазме человека. Набор реагентов включает: Микрочастицы 1 или 4 флакона (6,6 мл на 100 тестов/ 27,0 мл на 500 тестов) HCV (E. coli, дрожжи, рекомбинант) с сенсibilизированными антигеном микрочастицами в MES-буфере. Минимальная концентрация: 0,14% твёрдого вещества. Консервант: Противомикробные препараты. Конъюгат 1 или 4 флакона (5,9 мл на 100 тестов/26,3 мл на 500 тестов) конъюгата: мышиный анти-IgG/анти-IgM конъюгат, меченый акридином, в MES-буфере. Минимальная концентрация: (IgG) 8 нг/мл/(IgM) 0,8 нг/мл. Консервант: Противомикробные препараты. Консервант: Противомикробные препараты. Разбавитель 1 или 4 флакона (10,0 мл на 100 тестов/50,9 мл на 500 тестов) разбавителя образца Анти-HCV, содержащий TRIS-буфер с протеиновыми стабилизаторами. Консервант: Противомикробные препараты. Общая относительная специфичность составила 99,60%. (10361/10403) при 95% доверительном интервале от 99,45 до 99,71%. Специфичность, наблюдаемая в различных центрах, варьировала от 99,20% (496/500) до 99,70% (1994/2000). Чувствительность составила 99,10% при 95%	реагент	15	278 232	278 232	278231	
4	ВИЧ Комбо калибратор	Калибратор ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo предназначен для калибровки системы ARCHITECT i при одновременном качественном определении антигена	уп	3	64 708	64 708	64707	

5	ВИЧ Комбо контроль	Контроли ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo предназначены для оценки воспроизводимости теста и выявления систематических аналитических отклонений системы ARCHITECT i при одновременном качественном определении антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке и плазме крови человека. 4 флакона (по 8 мл) контролей ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo: Негативный контроль, Позитивный контроль 1 и Позитивный контроль 2 приготовлены в рекальцинированной плазме крови человека. Негативный контроль не реактивен на HBsAg, HIV-1 Ag или HIV-1 RNA, анти-HCV и анти-HIV-1/HIV-2. Позитивный контроль 1 (инактивированный) реактивен на анти-HIV-1 и не реактивен на HBsAg, HIV-1 Ag или HIV-1 RNA и анти-HCV. Позитивный контроль 2 (инактивированный) реактивен на анти-HIV-2 и не реактивен на HBsAg, HIV-1 Ag или HIV-1 RNA и анти-HCV. Позитивный контроль 3 является очищенным вирусным лизатом HIV, приготовленным в растворе ТРИС буфера на основе физраствора с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Консервант для всех контролей: азид натрия.	уп	6	81 790	81 790	81789	
6	ВИЧ Комбо реагент 100 тестов	ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo – хемилюминесцентный иммуноанализ на микрочастицах (ХИАМ) для качественного определения антигена HIV p24 и антител	уп	43	100 619	100 619	100618	
7	Заменяемые крышечки Replacement Cups	Расходный материал (Replacement Cups) заменяющие чашки Replacement Cups в коробке 100 шт	уп	10	27 128	27 128	27127	
8	Поверх. вирусу гепатита В для	Анализ ARCHITECT HBsAg Qualitative является хемилюминесцентным иммуноанализом на	уп	55	57 682	57 682	57681	

9	Повер. вирусу гепатит	Калибраторы ARCHITECT HBsAg Qualitative Calibrators предназначены для калибровки системы ARCHITECT i System при качественном определении и подтверждении наличия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека с использованием тест-систем ARCHITECT HBsAg Qualitative. 2 флакона (по 4,0 мл) калибраторов ARCHITECT HBsAg Qualitative. Калибратор 1 содержит инактивированный очищенный HBsAg человека (подтип ad) в фосфатном буфере с бычьей и человеческой плазмой крови, реактивной на HBsAg и не реактивной на HIV-1 RNA или HIV-1 Ag, анти-HIV-1/HIV-2 и анти-HCV. Калибратор 2 содержит фосфатный буфер с бычьей и человеческой плазмой крови, не реактивной на HBsAg, HIV-1 RNA или HIV-1 Ag, анти-HIV-1/HIV-2 и анти-HCV. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 950. В анализе ARCHITECT HBsAg Qualitative калибраторы 1 и 2 используются для оценки правильности калибровки и для расчета порогового значения теста.	уп	3	76096	76096	76095	
10	Поверхностный а/г вир	Контроли ARCHITECT HBsAg Qualitative Controls предназначены для оценки воспроизводимости теста и выявления системных аналитических отклонений анализатора ARCHITECT i System при качественном	уп	6	64708	64708	64707	
11	Предохранительные кр	Расходный материал (Septums) предохранительные крышечки Septums в коробке 200 шт. Крышки помещаются на открытые бутылки реагентов перед загрузкой бутылочек в обрабатывающий модуль анализатора ARCHITECT I1000.	уп	10	36238	36238	36237	
12	Пробирки для образцо	Расходный материал (Sample Cups) чашечки для образцов Sample Cups в коробке 1000 шт. Пластиковые пробирки для исследуемых образцов. Оригинальной формы (ABBOTT DIAGNOSTICS), предназначенной для штативов пробозагрузчика ARCHITECT	уп	10	39085	39085	39084	
13	Промывочный буфер	Промывающий буфер (Wash Buffer (1Lx4) for 920 test) Предназначен для промывки рабочих емкостей, ячеек и	уп	20	41932	41932	41931	
14	Раствор Пре-Тригера	Предназначен для отщепления акридиновой метки от комплекса антиген-антитело. Раствор пре-тригера состоит из бидистиллированной воды (99,88%), содержащей перекись водорода в концентрации 1,32%.	шт	11	78943	78943	78942	
15	Раствор Тригера	Предназначен для инициации реакции хемилюминесценции молекулой акридинума. Раствор Тригера состоит из бидистиллированной воды (99,6%), содержащей гидроксид натрия в концентрации 1,4% (по массе).	шт	12	37946	37946	37945	

16	Реакционные ячейки R	Расходный материал (Reaction Vessels) реакционные ячейки Reaction Vessels в коробке 2000 шт. Прозрачные	шт	11	101746	101746	101746	101745	
17	Сифилис калибратор	Калибратор ARCHITECTO Syphilis TP предназначен для калибровки системы ARCHITECT i при ее использовании для качественного определения антител к Trepone pallidum (TP) в сыворотке или плазме крови человека. 1 флакон (4 мл) калибратора ARCHITECT Syphilis TP, приготовленного на основе рекальцифицированной плазмы крови человека (инактивированной), реактивной на анти-TP и неактивной на анти-HCV, HBsAg, РНК ВИЧ или антиген ВИЧ-1 и антитела к ВИЧ-1/ВИЧ-2. Консерванты: азид натрия и другие противомикробные вещества.	уп	3	81790	81790	81790	81789	
18	Сифилис контроли	Контроли ARCHITECTO Syphilis TP предназначены для верификации калибровки системы ARCHITECT i при ее использовании для качественного определения антител к Trepone pallidum (TP) в сыворотке или плазме крови человека. 2 флакона (по 6 мл) контролей ARCHITECT Syphilis TP. Контроли приготовлены на основе рекальцифицированной плазмы крови человека (инактивированной). Отрицательный контроль неактивен на анти-TP, анти-HCV, HBsAg, РНК ВИЧ или антиген ВИЧ-1 и антитела к ВИЧ-1/ВИЧ-2. Положительный контроль реактивен на анти-TP и неактивен на анти-HCV, HBsAg, РНК ВИЧ или антиген ВИЧ-1 и антитела к ВИЧ-1/ВИЧ-2. Консерванты: азид натрия и другие противомикробные вещества.	уп	6	64708	64708	64708	64707	

19	Сифилис реагент 100 т	ARCHITECT Syphilis TP представляет собой тест-систему для качественного определения антител к <i>Treponema pallidum</i> (TP) в сыворотке или плазме крови человека методом хемилюминисцентного иммуноанализа на микрочастицах (ХИАМ). Данный тест предназначен для диагностики сифилиса. Чувствительность анализа ARCHITECT Syphilis TP составила $\geq 99,0\%$ при анализе образцов. Специфичность анализа ARCHITECT Syphilis TP составила $\geq 99,0\%$ для образцов сыворотки и плазмы крови. Воспроизводимость результатов анализа ARCHITECT Syphilis TP положительного контроля составляет $\geq 15\%$. Минимальная концентрация микрочастиц: 0,08% по сухому остатку. Минимальная концентрация конъюгат: анти-IgG – 26,6 нг/мл, анти-IgM – 1,34 нг/мл.	уп	29	146240	146240	146239	
20	Пробозаборник ARC p	Расходный материал Пробозаборник – Arc Probe	шт	2	167200	167200	167199	
21	Датчик уровня буфера	Расходный материал Датчик уровня буфера (ARC I1000S)	шт	1	189975	189975	189974	
22	Мультиплексный тест	Тест cobas TaqScreen MPX v2.0, предназначенный для использования с системой cobas s 201, является качественным <i>in vitro</i> тестом для прямого выявления РНК вируса иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1) группы М, РНК вируса иммунодефицита человека 2 типа группы О, РНК вируса иммунодефицита человека 2 типа (ВИЧ-2), РНК вируса гепатита С (ВГС) и ДНК вируса гепатита В (ВГВ) в человеческой плазме. Данный тест предназначен для скрининга доноров на ВИЧ-1 группы М, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-2, РНК ВГС и ДНК ВГВ в образцах плазмы доноров, в том числе доноров цельной крови и компонентов крови, и прочих живых доноров. В комплект поставки входят следующие реактивы и расходные материалы: РАСТВОРЫ: Реагентные растворы: Тест cobas TaqScreen MPX v2.0, 96 тестов который состоит из четырех кассет: 1. MPX2 CS1 (Кассета с магнитными стеклянными частицами) 2 x 48 тестов, 2 x 7.0 мл (Состав: 93% Изопропанол) 2. MPX2 CS2 (Кассета с лизирующим реагентом) 2 x 48 тестов, 2 x 78 мл (Состав: Дигидрат цитрата натрия, 42.5% гуанидин тиоцианат, < 14% полидоканол, 0.9% дитиотрейтол) 3. MPX2 CS3 (Мульти-реагентная кассета MPX2) 2 x 48 тестов, 2 x 78 мл (Буфер для гелизации) 2 x 7.0 мл. 4. MPX2 CS4 (Кассета тест-идентификации реагентов MPX2) 2 x 48 тестов, 2 x 7.0 мл (MPX2 реагент	компл.	168	28600	28600	28599	



Директор

Сарсамалиев Р.В.