

Утверждена приказом директора
Государственного коммунального
предприятия на праве
хозяйственного ведения

«Областной центр кровь»

при управлении здравоохранения
Мангистауской области

От 05.04.2023 года № 8

Сарсалиев Р.В. Ре.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
предоставляемая организатором тендера потенциальным поставщикам по подготовке
тендерных заявок и участия в тендере по закупу медицинских изделий для
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения
«Областной центр кровь» при управлении здравоохранения Мангистауской области
на 2023 год.

№ товаров	Наименование закупаемых товаров	Техническая спецификация
1	Системы полимерные с магистралью одинарные с раствором SSP +	<p>Добавочный раствор для тромбоцитов</p> <ul style="list-style-type: none">• Хранение тромбоцитов в течении 7 дней• Возможность хранить тромбоциты без перемешивания в течении 4 дней• Снижение количества побочных реакций <p>Возможность применения технологии инактивации патогенов в КТ</p> <p>Область назначения: обработка тромбоцитов донора.</p> <p>Требования к функциональности:</p> <p>Для замещения 2/3 объема плазмы в концентрате тромбоцитов.</p> <p>Требования к техническим характеристикам:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Стерильный добавочный раствор 300 мл для тромбоцитов в пластикатном контейнере SSP+2. Наличие трубки соединения люер с встроенной заглушкой отламывателем3. Наличие трубки для стерильнойстыковки. <p>Область применения: ручное добавление в ЛТС при подготовлении восстановленных полированных тромбоцитов и автоматическое добавление в аферезные тромбоциты.</p> <p>Требования к комплектации:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Пластиковый контейнер с раствором SSP+ 300мл;2. Трубка сопдинения люер с встроенной заглушкой отламывателем;3. Трубка для стерильнойстыковке;4. Прозрачный плотный упаковочный пакет и защита от прямого воздействия света.5. Инструкция пользователя. <p>Стерильная стыковка с комплектом для работы тромбоцитов.</p>