

**Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений
на приобретение реагентов для оказания гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи в ГККП «Областной центр крови»**

г.Актау

28.01.2019 года

В 14:00 часов 23 января 2019 года произведена процедура вскрытия конвертов с заявками по за купу объявленным 16.01.2018 года способом запроса ценовых предложений приобретение реагентов для анализатора Минигем НемоGue HB 201 для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, по адресу:

- г.Актау, 34А мкр., здание центр крови.

1. Конверты в запечатанном виде с ценовыми предложениями нижеследующих потенциальных поставщиков были представлены своевременно, до истечения окончательного срока указанные на веб-сайте предприятия «ock.mangystau.kz»

№ п/п	Наименование поставщика	Номер лота,наименование товара	Юридический адрес поставщика	Время представления по жураналу
1	ТОО «Медицина Элемі»	№ 3 - Миникювет на НемоGue HB 201 № 4 - Hemocue Cleaner	г.Астана, ул.М.Жангорқызы , дом 21	21.01.2019 14:00

2. Краткое описание и цена закупаемых товаров, их торговое наименование, фармацевтических услуг-прилагается протоколу об итогах.


3. Рассмотрев представленные ценовые предложения Поставщиков,
РЕШИЛ:

3.1. По лотам № 3, № 4 - признать победителем ТОО «Медицина Элемі», так как был представлен конверт одним потенциальным поставщиком.

Директор ГККП «Областной центр крови»
Мангистауского областного
Управления здравоохранения

 Сарсамалиев Р.В.

Уполномоченный представитель
Организатора закупок,
Менеджер по гос.Закупкам

 Барлыбаева Н.Д.

№ лота	Наименование товаров	Описание товара	Ед.изм	Кол-во	Выделенная сумма для закупок за ед.	ТОО "Медицина-Әлемі"
3	Миникувет на HemoGue HB 201	Материал образцов 10 ул капиллярной, венозной или артериальной крови. Результаты: Появляются на дисплее через 15-60 секунд в зависимости от концентрации гемоглобина. Показания в г/л, г/дл или в ммол/л в зависимости от выбранной альтернативы. Диапазон измерений: 0-256 г/л. Хранения и условия окружающей среды: Микрокуветы: микрокуветы должны храниться при температуре 15-30 С в сухом месте. Вскрытая упаковка микрокувет сохраняет стабильность в течение трех месяцев. Рабочая температура 15-30 С	упаковка	50	41 600,00	41 600
4	Hemocue Cleaner	Шпатели для чистки анализатора	шт	20	5500	5500

Директор



Сарсамалиев Р.В.